



Stephan Glanz <stephan.glanz@virotrust.at>

Re: Blindversuch für ViroTrust Diagnostics

[REDACTED]@imp.ac.at>

Mon, Jul 19, 2021 at 1:38 PM

To: "stephan.glanz@virotrust.at" <stephan.glanz@virotrust.at>

[REDACTED]@imp.ac.at>

Sehr geehrter Herr Dr. Glanz,

den Vergleich unserer Daten für den von Ihnen angeforderten Blindversuch, den ich Ihnen am Samstag, 17. Juli 2021 übergeben habe, finden Sie als Anhang zu dieser Mail.

Alle 20 Proben wurden richtig identifiziert. Der Blindversuch umfasste eine Virusverdünnungsreihe, die zeigte, dass Ihr Labor eine Viruskonzentration von nur 0,1 Kopien/ μ l nachweisen kann, dies gilt als hochempfindlich.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

R&D Diagnostics
Zuber Lab
Institute of Molecular Pathology
